


芜湖市政府采购货物项目

招标文件

(第一册 专用部分)

项目编号：**WH15CG2024HW4955**

项目名称：**鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升-官陡街道社区卫生服务中心医养设备采购**

采 购 人： **鸠江区官陡街道社区卫生服务中心**（电子签章）

采购代理机构： **安徽华源工程咨询有限公司**（电子签章）

2024 年 11 月 22 日

招标文件目录

| | |
|-------------------------|----|
| （第一册 专用部分） | 1 |
| 招标文件目录 | 2 |
| 第一章 招标公告 | 3 |
| 第二章 供应商须知前附表 | 7 |
| 第三章 合同条款前附表 | 15 |
| 第四章 采购需求 | 16 |
| 第五章 评标办法及评分规则（D1） | 34 |
| （第二册 通用部分） | 39 |
| 第一章 供应商须知 | 40 |
| 第二章 采购合同 | 45 |
| 第三章 投标文件格式 | 49 |

第一章 招标公告

鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升-官陡街道社区卫生服务中心医养设备采购招标公告

项目概况

鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升-官陡街道社区卫生服务中心医养设备采购招标项目的潜在投标人应在芜湖市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2024 年 12 月 13 日 09 点 15 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WH15CG2024HW4955（政府采购任务书编号：FS34020720240759 号）

项目名称：鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升-官陡街道社区卫生服务中心医养设备采购

预算金额：350.00 万元

最高限价：350.00 万元

采购需求：鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升-官陡街道社区卫生服务中心医养设备采购，本次采购项目为智能护理床、电动床、共享陪护床等。

合同履行期限：30 个日历天

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本采购项目整体专门面向中小企业采购，供应商提供的货物由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商资格要求：

(1) 生产厂家投标时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类 and 第三类医疗器械）；

(2) 经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

3.2 信用要求：截至提交投标文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

(1) 被人民法院列入失信被执行人名单的

(2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的

(3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

(4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

三、获取招标文件

时间：2024 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 29 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：芜湖市公共资源交易中心网站。

方式：凡有意参加投标者，请于获取时间内登录芜湖市公共资源

交易平台查阅并获取招标文件。登录前须持有与芜湖市公共资源交易平台兼容的数字证书，详情参见芜湖市公共资源交易中心网站-服务指南-CA 数字证书及电子签章业务办事指南。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024 年 12 月 13 日 09 点 15 分（北京时间）

地点：芜湖市公共资源交易中心开标室（详见开标区电子显示屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 资金来源：县区级财政资金

2. 本项目免收投标保证金。

3. 芜湖市公共资源交易中心技术咨询电话：0553-3121801

4. 其他事项说明

4.1 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

4.2 政府采购线上合同信用融资：如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局 中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行<安徽省财政厅 中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（财采〔2022〕618 号）执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：鸠江区官陡街道社区卫生服务中心

地址：芜湖市鸠江区鸠兹家苑祥泰路卫生大院

联系方式：0553-5227580

2. 采购代理机构信息

名称：安徽华源工程咨询有限公司

地址：芜湖市鸠江区银湖北路绿庄大厦 504

联系方式：18900536605

3. 项目联系方式

项目联系人：张坤

电话：18900536605

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
|----|--------|--|
| 1 | 项目性质 | 货物采购 |
| 2 | 公告媒体 | 芜湖市公共资源交易网、安徽省公共资源交易监管网、中国招标投标公共服务平台、安徽省政府采购网 |
| 3 | 采购包划分 | 本项目是否划分采购包： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，本项目共分为 <u> / </u> 个采购包，本采购包为第 <u> / </u> 采购包。 |
| 4 | 合同分包 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许： (1) 允许分包的范围和内容： <u> / </u> ； (2) 分包的金额和对分包人资质要求： <u> / </u> ； (3) 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。 (4) 除上述情形外，本项目不允许分包。 |
| 5 | 进口产品投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：本采购项目已经财政部门审核同意采购的进口产品为： <u> / </u> 。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 6 | 踏勘现场 | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织： 1. 时间： 2. 地点： 3. 联系方式： 4. 其他： |
| 7 | 质疑及答复 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子形式向采购人或采购代理机构提出质疑。以电子形式的，可以在线递交到系统（ https://whsggzy.wuhu.gov.cn ）；以书面形式的可以按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息，向其提出。采购人或代理机构按有关规定给予答复。 |
| 8 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 <u>90</u> 日。 |
| 9 | 投标文件提交 | 本项目采用电子交易系统，电子投标文件须通过芜湖市公共资源交易系统提交。电子投标文件的提交是指供应商使用系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 |
| 10 | 邀请供应商 | 供应商可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定 |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | 现场参与开标 | 代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。 |
| 11 | 履约保证金（合同履行担保） | <p>1. 是否收取履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是：合同金额的 <u> </u> / <u> </u> %。</p> <p>2. 供应商可自主选择现金、支票、保函、保险等方式缴纳（以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人，供应商可使用全流程线上电子保函服务，提供担保机构出具的履约保证承诺电子担保凭证。）</p> <p>3. 履约保证金账户（如供应商选择现金形式缴纳履约保证金的，提供以下账户供中标供应商选择） （1）开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：徽商银行芜湖南湖路支行；账号：1101801021000587877244168 （2）开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：中国银行芜湖分行营业部；账号：17974654244100001 （3）开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：建设银行芜湖政务新区支行；账号：3405016786080001625-0003 （4）开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行；账号：1263010104003778400000000031</p> <p>4. 具体要求详见《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》（公管〔2022〕37号）</p> |
| 12 | 代理服务费 | <p>1. 支付方：<input type="checkbox"/> 采购人；<input checked="" type="checkbox"/> 中标供应商。</p> <p>2. 本项目代理服务费收费标准：<u>（1）如中标价在 100-500 万元内：代理费=100 万元×1.2% +（中标价-100 万元）×0.66%；（2）如中标价低于 100 万，则代理费=中标价×1.2%；（3）如代理费计算低于 3000 元的按 3000 元支付。</u></p> <p>3. 代理服务费收取方式：<u>供应商可自主选择对公转账等方式缴纳。</u></p> |
| 13 | 节能产品 | <p>1. 强制采购类节能产品：必须按品目清单要求采购，并在招标文件第四章进行说明。</p> <p>2. 优先采购类节能产品：详见招标文件。</p> |
| | 环境标志产品 | 详见招标文件。 |
| 14 | 价格扣除（非专门面向中小企业采购项目适用） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规 |

| | | |
|----|----------------------|--|
| | | <p>定，对满足价格扣除条件且提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，其报价按照规定的标准进行价格扣除。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。</p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业合同分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照规定的标准进行价格扣除。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>(1) 小型和微型企业价格扣除：__/_</p> <p>(2) 监狱企业价格扣除：__/_</p> <p>(3) 残疾人福利性单位价格扣除：__/_</p> <p>(4) 符合条件的联合体价格扣除：__/_</p> <p>(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：__/_</p> |
| 15 | 同品牌多家 供应商处理 原则 | <p>1. 最低评标价法： 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； <input type="checkbox"/> 报价相同的，由采购人按照____方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 <input type="checkbox"/> 报价相同的，由采购人委托评标委员会按照____方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>2. 综合评分法：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； <input type="checkbox"/> 评审得分相同的，由采购人按照____方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 <input checked="" type="checkbox"/> 评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照<u>随机抽取</u>方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件第四章。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| 16 | 电子投标文件解密方式 | <p>■ 供应商使用数字证书登录芜湖市公共资源交易平台，并在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密。</p> <p>□ 1. “不见面”开标系统进入方式。一是通过全国公共资源交易平台（安徽省·芜湖市）“不见面开标”链接进入。二是直接在浏览器中输入网址 https://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening</p> <p>2. 使用不见面开标系统进行开标的项 目，投标人或供应商无需到开标现场。应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。各投标人或供应商在开标时间前使用数字证书登录“芜湖市公共资源交易不见面开标系统”，等待开标并按照系统提示进行相关操作。</p> <p>开标注意事项如下：1. 投标企业解密的数字证书均为制作电子投标文件所使用的数字证书，否则开标时将无法正常进行解密工作。2. 在开标前，应注意尽量避免更换数字证书中的基本信息，例如：单位名称、社会信用代码等。原因是如更换该信息会导致数字证书中序列号发生变化，从而导致现场数字证书无法解密文件（期间续期数字证书操作也会更改序列号）。</p> |
| 17 | 中标候选人并列时确定中标人的方式 | <p>□ 由采购人采取随机抽取的方式确定中标人</p> <p>■ 由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人</p> |
| 18 | 中标通知书发出的形式 | <p>中标通知书发出的形式：数据电文</p> <p>特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，投标人应主动登录电子交易系统查询。</p> |
| 19 | 合同签订时间 | <p>中标供应商应与采购人在中标通知书发放之日起 7 个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。履约的相关要求见附件。</p> |
| 20 | 绿色采购 | <p>根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）、芜湖市财政局转发《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》的通知（财采〔2023〕417 号），加强绿色采购。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抓好节能产品采购政策落实； 2. 严格落实环境标志产品采购政策； 3. 加大绿色建材产品在政府采购工程中使用； 4. 落实绿色包装政府采购需求标准； 5. 加大新能源汽车采购力度； 6. 鼓励供应商绿色转型发展。 |
| | 商品包装 | <p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发</p> |

| | | | |
|----|--------------|-----------|---|
| | | | 财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 |
| | | 绿色建筑、绿色建材 | 为全面推广绿色建筑和绿色建材，医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目，按照《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）执行。 |
| 21 | 政府采购线上合同信用融资 | | 为进一步发挥政府采购政策功能作用，优化政府采购营商环境，缓解中小企业融资难、融资贵等问题，如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行<安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（财采〔2022〕618号）执行。 |
| 22 | 特别说明 | | <p>1. 本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。</p> <p>2. 本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。</p> |
| | 备注 | | <p>1. 当招标文件通用部分和该专用部分不一致时，以此专用部分为准。</p> <p>2. 本项目采用电子化交易，相关要求附后。</p> <p>3. 说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。</p> <p>4. 诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的供应商在投标文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由监督管理部门进行相关处罚或处理。</p> |

附件：

1. 电子化交易相关要求

一、数字证书及电子印章

(一) 投标人应当取得和使用数字证书及电子印章（具体详见芜湖市公共资源交易中心服务指南 <https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/bszn/003007/003007001/20210226/daba3963-8c89-4a98-b39d-bbb8cfac4487.html>、<https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/bszn/003007/003007001/20211019/aaef3f48-7c1f-400c-a46f-cb2091dd839d.html>），通过数字证书登录电子交易系统进行操作，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

(二) 投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统：

1. 数字证书到期后重新续期；
2. 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担 responsibility。

二、获取招标文件

投标人在获取招标文件期内登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。

如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

三、制作投标文件

(一) 投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。软件技术支持电话：400-998-0000.0553-3121801，软件及操作手册下载地址为：<http://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?type=tp&SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=4319&ZtbSoftType=tballinclusive>

(二) 制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

(三) 投标文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

(四) 经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

四、投标

(一) 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

(二) 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(三) 投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

五、开标

(一) 开标时间、地点和人员。招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可自行选择是否参加，若投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。

(二) 开标程序

1. 宣布开标纪律；
2. 宣布开标人、招标人等有关人员姓名；
3. 公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；
4. 投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件；
5. 对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标；
6. 当众唱标（适用于招标方式）；
7. 开标结束。

(三) 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

- 1.未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的。
- 2.投标人选择开标现场解密的，允许解密三次，当三次解密均不成功时，视为其投标不成功；
- 3.投标人选择远程解密的，应在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密。否则，视为其放弃投标。
- 4.经检查数字证书无效的投标文件。
- 5.投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的。
- 6.不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

六、评标

（一）招标代理机构根据有关规定组织评标工作，依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认。

（二）投标人在评标期间应保持联系畅通，评标委员会可能要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（三）投标人需补充主体库登记资料的，须在投标截止日前 2 个工作日完成。

（四）项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审：

- 1.投标文件中携带病毒并造成后果的；
- 2.恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

七、意外情况的处理

（一）出现下列情形导致电子招标采购系统无法正常运行，或者无法保证招标采购过程的公平、公正和信息安全时，除因投标人的责任外，其余各方当事人免责：

- 1.网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标采购系统；
- 2.电子招标采购系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
- 3.电子招标采购系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- 4.计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- 5.电力系统发生故障导致网上电子招标采购系统无法运行；
- 6.其他无法保证招标采购过程公平、公正和信息安全的。

（二）出现上述情形之一而又不能及时解决的，市公共资源交易中心应及时向公共资源交易行政主管部门报告，经同意后采取以下处理办法：

- 1.项目程序中止，待电子招标采购系统或网络故障排除并经过可靠测试后恢复系统运行，项目程序继续进行。
- 2.终止项目电子招标采购操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

八、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标采购活动的，后果由投标人承担。

九、其他

如本要求与招标文件其他条款不一致时，以本要求为准。

2.履约管理条款

特别提醒：

1.根据国家、省市优化营商环境相关规定，缩短政府采购项目合同签订时间，按《中华人民共和国政府采购法》实施的采购项目，不得晚于中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上在收到发票后5个工作日内将资金支付到供应商账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第七十一条规定：按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.招标采购单位应根据规定，严格履行验收手续。

4.招标采购单位应根据现行的诚信评价细则对政府采购类项目供应商进行诚信评价，按“谁评价、谁负责”原则，客观公正的实施诚信评价。

第三章 合同条款前附表

合同条款前附表

| 序号 | 条款内容 |
|----|--|
| 1 | 履约地点为：鸠江区官陡街道社区卫生服务中心指定。 (注：由采购人指定本项目履约地点) |
| 2 | 付款应按下列条件进行：设备进场支付合同价 30%，安装调试后支付合同价 60%，经验收合格后支付合同价 10%。 |
| 3 | 违约责任：在合同中约定。 |
| 4 | 本合同买方为：鸠江区官陡街道社区卫生服务中心 交货时间（供货期）：30 个日历天 交货地点：鸠江区官陡街道社区卫生服务中心指定 代理机构：安徽华源工程咨询有限公司 |

备注：采购合同格式见通用部分。

第四章 采购需求

关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

5.本项目招标文件通用部分第三章“投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写。

6.中标供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

8.为落实政府采购关于节能、环保的政策要求，由采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。供应商须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

9.采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

10.按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。采购人或采购代理机构应当依据中小企业划型标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下表所

示)

11.采购人(采购代理机构)在编制招标文件时必须将采购标的性质予以明确。

附表：中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
|----------|---------|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 20000$ | $500 \leq Y < 20000$ | $50 \leq Y < 500$ | $Y < 50$ |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 40000$ | $2000 \leq Y < 40000$ | $300 \leq Y < 2000$ | $Y < 300$ |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 80000$ | $6000 \leq Y < 80000$ | $300 \leq Y < 6000$ | $Y < 300$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 80000$ | $5000 \leq Z < 80000$ | $300 \leq Z < 5000$ | $Z < 300$ |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 200$ | $20 \leq X < 200$ | $5 \leq X < 20$ | $X < 5$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 40000$ | $5000 \leq Y < 40000$ | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $50 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 50$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 20000$ | $500 \leq Y < 20000$ | $100 \leq Y < 500$ | $Y < 100$ |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $3000 \leq Y < 30000$ | $200 \leq Y < 3000$ | $Y < 200$ |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 200$ | $100 \leq X < 200$ | $20 \leq X < 100$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $1000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $20 \leq X < 300$ | $X < 20$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 30000$ | $2000 \leq Y < 30000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $2000 \leq Y < 10000$ | $100 \leq Y < 2000$ | $Y < 100$ |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 2000$ | $100 \leq X < 2000$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入 | 万元 | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |

| | | | | | | |
|------------|---------|----|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| | (Y) | | | | | |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 10000$ | $1000 \leq Y < 10000$ | $50 \leq Y < 1000$ | $Y < 50$ |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$ | $Y < 100$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 10000$ | $5000 \leq Z < 10000$ | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 1000$ | $300 \leq X < 1000$ | $100 \leq X < 300$ | $X < 100$ |
| | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 5000$ | $1000 \leq Y < 5000$ | $500 \leq Y < 1000$ | $Y < 500$ |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |
| | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$ | $Z < 100$ |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | $X \geq 300$ | $100 \leq X < 300$ | $10 \leq X < 100$ | $X < 10$ |

中小企业划分标准的说明：

- 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
- 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
- 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

- *1. 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。
- *2. 投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在投标（响应）文件中提供备案证明材料或者承诺函。如投标（响应）文件中未提供备案证明材料，应提供承诺函，承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函。
- *3. 本项目自验收合格之日起整体质保不少于 3 年，质保期内产生的人工和配件等费用包含在投标报价中。（投标文件提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟）
- *4. 承诺具备固定的 3 名驻场维护人员，并提供三年驻场服务，服务要求如下（投标文件提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟）：
 - （1）提供巡检服务；
 - （2）提供 7×24 小时维保服务，设立报修热线全年专人接听值守；
 - （3）在发生紧急故障时，及时做出响应，并保证迅速解决问题，如采购产品需要维修，投标人在 12 小时内解决；如产品或配件需要更换，中标人在 48 小时内解决；
 - （4）每个月派专业技术人员对本项目康复设备进行安全检测，对故障可能性进行检查分析，并对产品潜在的问题推荐解决方法；
 - （5）为采购人提供技术咨询等技术支持服务，协助采购人做好备份计划，完善工作日志，订立操作守则等。
- 5. 安装调试完成后，提供专业培训，包括但不限于设备使用、设备调试、基础故障的排除等培训内容。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 是否采购节能产品 | | 是否为优先采购环境标志产品 | 所属行业（按工信部联企业（2011）300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
|----|----------------|--|----|----|----------|------|---------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | | | 强制采购 | 优先采购 | | | | |
| 1. | 一体化机器人理疗床 | <p>◆1. 机体组成：床体+≥4 轴机械手臂+3D 视觉 +≥2 便拆式理疗头。</p> <p>2. 额定电压：220V，峰值功率：≤1000W。</p> <p>3. 机体的参考尺寸：2000mm×800mm×1400mm(长×宽×高)±10mm。</p> <p>4. 脚轮：整体机器人自带脚轮，可以手动移动。</p> <p>◆5. 整体性：床和机械手臂一体化组成</p> <p>◆6. 机器人需要提供至少 9 个固定理疗课程，包括：</p> <p>①背部疼痛课程②脊椎养护课程③肩周炎养护课程④腰肾养护课程⑤痛风养护课程⑥肠胃代谢课程⑦腰骶筋膜复苏课程⑧阿是穴疼痛康复课程⑨自定义理疗课程。</p> <p>◆7. 用户可以通过在交互软件画线的方式绘制理疗的轨迹，在理疗的过程中可以实时的修改轨迹运行的速度与与人体接触的力度，机器人无需暂停或者停止。</p> <p>◆8. 机器人 3D 视觉可以准确识别人体区域，精度达到±5mm。</p> <p>9. 机器人可支持软件远程升级。</p> <p>（标注“◆”1、5、8 的技术参数提供第三方检测机构出具的检测报告，标注“◆”6、7 的技术参数提供功能截图）</p> | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 2. | 心理脑功能认知评估和训练系统 | <p>1. 具有多种评估量表，可进行完整的认知、心理评估，也可进行注意、记忆、执行、计算、智力、心理等方面的专项评估。</p> <p>◆2. 评估及训练类型具有≥15 种专业的认知训练模块，提供多种训练模式，还具</p> | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | <p>有多种独立认知训练，提高认知功能。</p> <p>◆3. 提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。</p> <p>4. 现场数据录像化，全方位现场数据保留：评估时可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评估现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯，保留科研的一线数据，保留评估现场视频。</p> <p>5. 支持多语音平台：系统支持全程语音评估指导，内置多语音平台，支持普通话及各类方言，适用地域性强。</p> <p>6. 智能生成综合多个量表的综合评估报告：系统可将各阶段不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上，方便临床人员与患者的交流。支持 EXCEL 输出统计分析；提供基于 Word 模板的评定报告，模板格式可由用户定义，方便病案统一存档管理。</p> <p>7. 提供多变量统计平台：系统可加挂各类心理量表、平衡功能评估量表、肢体功能评估量表等，病历数据可自定义代码化，实现一个平台下病历统一管理、方便进行多变量多参数的统计分析 & 临床研究。</p> <p>8. 可定制多种训练参数：系统不仅提供视觉提示、听觉提示、训练数量、升级正确比率、降级错误比率等参数调整，同时根据各训练任务的不同，还可设置运动速度，目标大小等参数，无论是症状极为严重的患者还是水平较高的人，均能进行难度匹配的训练，特别适用于个体情况极不一致的医疗场所。</p> <p>9. 训练难度自动匹配：系统自动根据训练结果调整难度，自动适应患者的认知水平无须治疗师人工干预。</p> <p>◆10. 忽视症特别支持：系统可将训练信息栏自由设置。</p> <p>11. 视听觉反馈组合支持：系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍患者的训练。</p> <p>12. 训练等级多而细腻：训练支持的等级 ≥24 级，相邻难度之间过渡平稳，克服常见系统仅有的高中低几种简单的难度设置。</p> <p>◆13. 能出具评估报告，系统将根据选择的评估及训练绘制出其对应的得分图形。 (标注“◆”的技术参数提供功能截图或第三方检测机构出具的检测报告)</p> | | | | | | | | |
| 3. | 关节持 | 1. 电脑数码控制设计，并采用集成元器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工 | 货 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|-------------|--------|---------|
| | 续活动 被动仪 | <p>件, 内设大容量 CPU 中央处理器, 智能化软件编程, 并具有超力矩过载保护等功能。</p> <p>2. 安全护手板设置, 可保障手掌不会因机器故障受到伤害。</p> <p>3. 手腕关节活动支架长度范围: 最小 (78±10) mm, 最大 (98±10) mm。</p> <p>4. 关节角度活动范围: 0° -125°, 允差±5°。</p> <p>5. 关节角度变化速度范围: 0.5° -3° /s。</p> <p>6. 电源: 220Vac±10%, 50±1Hz。</p> <p>7. 功耗: ≤60W。</p> <p>8. 噪音≤60dB。</p> | | | | | | 业 ★ | 物 | |
| 4. | 子午流注低频治疗仪 | <p>1. 工作条件: 环境温度: 5℃~40℃; 相对湿度: ≤80%; 大气压力: 860hPa~1060hPa。</p> <p>2. 柜式一体机型, 推车设计带锁止万向轮, 各种角度灵活转动。</p> <p>◆3. ≥15 寸全触摸屏操作。</p> <p>◆4. 通道数: ≥20 通道, 能同时治疗多穴位, 且各个通道的参数能单独调节。</p> <p>5. 每个通道皆有电极指示灯, 用于提示治疗状态, 治疗结束电极指示灯熄灭。</p> <p>6. 设自动输出功能: 治疗仪可自动定时启动输出, 按照预定设置的穴位和参数进行治疗。</p> <p>7. 输出波形为无调制脉冲波, 治疗波形组合, 共≥4 种组合波。</p> <p>8. 脉冲频率: 1.25Hz~1000 Hz 多档可调, 误差±15%。</p> <p>9. 脉冲宽度: ≤0.8ms。</p> <p>10. 输出最大幅度时, 每一个脉冲的电量 >7 μC。</p> <p>11. 单个脉冲最大输出的能量≤300mJ。</p> <p>12. 输出幅度:</p> <p>1) 最大输出电压有效值≤20V (额定负载 500Ω)。</p> <p>2) 开路测量时输出的电压峰值≤500V。</p> <p>3) 输出电流直流分量为 0, 允差<1mA。</p> <p>13. 治疗时间: 10~60min 可选, 步进 10min, 误差≤10%。</p> <p>14. 治疗强度≥90 档可调, 可设置最大安全强度。</p> <p>15. 病症信息≥39 种。</p> <p>16. 十四经穴位和经外奇穴查询内容包括:</p> | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工 业 ★ | 货 物 | 第二类医疗器械 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|-----|----|---------|
| | | <p>部位、作用、主治、解剖、图形。</p> <p>17. 病症查询: 包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示。</p> <p>18. 具有丰富的穴位位置图和知识库辅助功能, 方便准确找准治疗部位。</p> <p>◆19. 具备逢时开穴、定时开穴、任意时间开穴查询功能。</p> <p>20. 根据个体辨证+子午流注+病证选穴形成完善的开穴方案, 形成基本处方穴位推荐和子午流注开穴穴位等。</p> <p>21. 具有开路 and 短路保护功能。</p> <p>22. 穴位功能: 穴位的名称与图示: 符合 GB/T 12346-2021《经穴名称与定位》和 GB/T 22163-2008《腧穴定位图》。</p> <p>(标注“◆”的技术参数提供第三方检测报告)</p> | | | | | | | | |
| 5. | 中药熏蒸仪 | <p>1. 工作条件: 环境温度: 5℃~40℃; 相对湿度: 10%~80%; 大气压力: 700hPa~1060hPa; 电源要求: AC 220V±10% 50Hz±2%; 输入功率: ≥2800VA。</p> <p>2. 一键飞梭的操作模式, 所有调节均可通过一个键的旋转按压实现。</p> <p>3. 容量: 双缸设计≥1800mL×2。</p> <p>◆4. 双喷头设计, 两个通道可分别进行功能设置, 配合双药缸可同时喷出两种不同的药物进行不同的治疗。</p> <p>5. 超过安全气压(>0.08MPa)减压阀动作。</p> <p>◆6. 药液低于安全液位时(<200ml), 声音警报并自动停止工作。</p> <p>7. 治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示。</p> <p>8. 高强度支架, 多方向可调。</p> <p>◆9. 有防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔。</p> <p>10. 可承压的复合水箱(不锈钢材质)。</p> <p>11. 预热及治疗功率 1、2、3、4 档可调, 其中 1 档最小, 4 档最大。</p> <p>12. 预热设定温度为 50℃~90℃可调, 步长 1℃, 允差±20%。</p> <p>13. 药液加热到 95℃时间≤15min。</p> <p>◆14. 当加热到气压 0.035MPa~0.08MPa、药液温度达到 95℃时, 药液能自动从喷头均匀喷出。</p> <p>15. 治疗时间 1~35min 可调, 步长 1min, 误差±5%。</p> <p>16. 在非治疗及预热状态可进行排液操</p> | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | 第二类医疗器械 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | 作。 (标注“◆”的技术参数提供第三方检测报告) | | | | | | | |
| 6. | 虚拟情景互动训练系统 | <p>1. 设备配置:</p> <p>多媒体触摸一体机: ≥40 寸多点触控钢化玻璃面板;</p> <p>落地支架 1 个: 与一体机配套安装, 支架高度及倾斜度可调节;</p> <p>可穿戴式无线传感器 4 套 (三维角度传感器)。</p> <p>2. 系统功能</p> <p>◆1) 关节测评</p> <p>包括颈椎、腰椎、腕关节、踝关节、肩关节、肘关节、髋关节、膝关节多个关节测评功能模块:</p> <p>可同步观察关节活动度及角速度测量数据动态曲线。</p> <p>2) 情景训练</p> <p>包括步态训练、头控训练、坐位训练、由坐到站训练、上下楼梯训练、擦桌子训练等多个情景训练功能模块:</p> <p>(1) 通过佩戴无线传感器, 结合互动训练游戏模拟日常生活情景训练, 训练场景包括原地踏步、平地步行、低头仰头、左右摆头、坐位左右平衡、由坐到站、上下楼梯、擦桌子等多个生活场景。</p> <p>(2) 提供丰富的训练游戏, 包括踏步训练、图形匹配、弹球、飞机大战、擦桌子等。</p> <p>(3) 训练时间、训练速度、训练难度、训练幅度等训练参数可个性化设置。</p> <p>(4) 自动生成训练报告单, 治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱; 训练记录可以保存在数据库中。</p> <p>◆(5) 训练中能自动检测无线传感器设备异常状态并给出提示信息。</p> <p>3) 档案管理</p> <p>包括关节测评记录、情景训练记录、档案回收站、数据本地备份、数据云备份等档案管理功能模块:</p> <p>(1) 关节测评记录: 查询、查看、打印、删除当前训练者的关节测评记录, 能够进行历史数据对比, 跟踪训练效果。</p> <p>(2) 情景训练记录: 查询、打印、删除当前训练者的情景训练记录, 能够进行历史数据对比, 跟踪训练效果。</p> <p>(3) 档案回收站: 查询、恢复、清空当前训练者已删除的关节测评及情景训练记</p> | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | <p>录。</p> <p>(4) 数据备份：数据本地备份，将系统数据文件备份保存在计算机本地硬盘；数据云备份，将系统数据文件作为邮件附件发送至指定互联网邮箱。</p> <p>4) 用户管理</p> <p>包括训练者管理、治疗师管理等用户管理功能模块：</p> <p>训练者管理：新增、查询、删除、编辑训练者基本信息，能够恢复、清空已删除训练者信息，能够选择系统当前训练者，所有训练者信息保存在数据库中；治疗师管理：新增、查询、删除、编辑治疗师基本信息，能够恢复、清空已删除治疗师信息，系统登录账号即为当前治疗师，所有治疗师信息保存在数据库中。</p> <p>(标注“◆”的技术参数提供功能截图或第三方检测机构出具的检测报告)</p> | | | | | | | |
| 7. | 医用慢跑台 | <p>1. 面板：LED 荧光 4 视窗显示电子表</p> <p>2. 显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率</p> <p>3. 模式拥有：手动模式及组内设模式设计</p> <p>4. 心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统，30 秒为一个平均值，误差为±2%</p> <p>5. 脂肪检测功能：拥有体脂肪检测功能</p> <p>6. 电动扬升：0%-15%</p> <p>7. 电机：2.5HP / AC</p> <p>8. 速度：0.1-12km/h（业界最低起速）</p> <p>9. 跑台参考面积：长 1370×宽 450mm（±10mm）</p> <p>10. 占地参考面积：长 1730×宽 790×高 1170mm（±10mm）</p> | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 |
| 8. | 简易上肢功能评价器 | <p>1. 参考尺寸：42cm×41cm×10cm，检测工具一套，包含： 秒表 1 个，网球 5 个，中球 5 个，大木方 5 个，中木方 5 个，木圆板 5 个，小木方 5 个，人革布 6 张，金属圆片 6 个，小钢球 6 个，钢棍 6 根。</p> <p>2. 对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度</p> | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 |
| 9. | 握力计 | <p>1. 测量范围：0~99.9kg</p> <p>2. 分度值：≤0.1kg</p> <p>3. 示值误差：≤1%F.S</p> <p>4. 功能：握力峰值保持，开关 / 清零 定时关机，过载指示。</p> <p>5. 电源：一节 9V 叠式电池（自备）或外接式 AC(220) / DC / (9V) 稳压器</p> | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|---|---|---|---|-----|----|--|
| | | 6. 功能：握力峰值保持，开关 / 清零 定时关机，过载指示。 7. 参考尺寸：18cm×14cm×2cm（±0.5cm） 8. 参考质量：≤1.5kg | | | | | | | | |
| 10. | 多功能关节活动测量表 | 1. 参考尺寸 18cm×8cm×9cm 2. 表盘直径≥6.5cm, 表盘旋转角度 360° 3. 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 11. | 上肢推举训练器 | 1. 结构形式：电子表、推块运动轨道、升降支架、固定支架、手柄、推块、底座板 2. 材质：静电喷塑架、不锈钢管、镀铬件、海绵扶手 3. 参考尺寸 (cm)：79×50×50~70 4. 推拉范围 (cm)：≥32 5. 底盘与底座板角度调节范围：30° ~ 55° 6. 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 12. | 肌力训练弹力带 | 1. 规格：L≥72cm 2. 用途：改善上肢肌力抗阻 | 10 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 13. | 数字 OT 评估训练系统 | 1. 运动控制训练：病人在训练中需要跟随轨迹移动肢体，或者需要控制物体滑动的速度。通过对训练游戏中的物体的控制，达到手功能的运动控制训练。 ◆2. 认知训练：与游戏相结合，丰富的认知训练功能，包括：形状认知、颜色认知、数字认知、定向认知、分类认知等。 3. 日常生活活动能力训练：通过虚拟现实技术，实现日常生活活动能力训练，让病人在虚拟的环境下进行最接近于真实情况下的训练，增加病人的沉浸性、交互性和构想性，让病人更加主动地参与到训练中，更加形象地认识各种环境下的物品，完成日常生活的具体任务。 ◆4. 康复量表评估：评估过程采用“全自动—患者人机对话—治疗师监控微调”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理、评估过程用具切换繁琐的弊端。患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计并生成评定报告。 5. 丰富的精细运动控制和认知结合训练，图库不少于 1000 种，能够提供丰富的动画显示。 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | 6. 病人测试、训练结果全记录，可跟踪康复结果。 7. 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录。 8. 能够自动生成病例报告，可打印测量和评估结果。 9. 提供中文操作界面，符合临床需求。 10. 设备自动校准，减少设备误差。 11. 构建患者信息数据库功能。 12. 内置帮助系统图列，指导标准化操作。 13. 整合多次数据，方便系统回顾与评价。 14. 自动数据分析并生成评估报告。 15. 预留多种测试接口，扩展设备功能。 16. 角度调节：显示器角度调整的角度范围为 $0^{\circ} \sim 85^{\circ}$ ，误差范围 $\pm 5^{\circ}$ 。 17. 高度调节： $1050 \sim 1350\text{mm} \pm 10\%$ 。 18. 电源 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\% / 50\text{HZ} \pm 1\text{HZ}$ ，额定功率 $\leq 85\text{W}$ 。 19. ≥ 40 寸立式红外触摸屏。 （标注“◆”的技术参数提供功能截图或第三方检测机构出具的检测报告） | | | | | | | |
| 14. | 失能智慧护理一体机 | ◆1. 电池供电，遥控控制操作，可使设备变形成多种护理形态： 1) 轮椅状（轮椅前扶手可以遥控向前旋转 80° 收纳） 2) 平躺移位机状（靠背可以遥控向后旋转 85° 度） 3) 滚筒（长 $550\text{mm} \times$ 直径 80mm 外套海绵）置于前扶手挂架上可在 80° 度范围内任意上下旋转。 4) 洗浴床状（铺上长 $1520\text{mm} \times 600\text{mm}$ 洗浴垫，洗浴垫前方设置直径 220mm 便盆，便盆下方设置直径 45mm 通便孔，通便孔下方设置一次性通便带并可螺纹锁紧） 5) 洗头床（靠背上端设置可以 45° 度翻转的洗头枕） 6) 重心自动平衡（设备靠背水平与靠背旋转上升最高时设备重心自动后移 100mm （ $\pm 10\text{mm}$ ）、靠背由最上向下放水平时，设备重心自动向前移动 100mm （ $\pm 10\text{mm}$ ））。 7) 设备摇椅功能（靠背与坐垫之间利用两个长 $\leq 900\text{mm} \times$ 宽 25mm 拉带 2 根挂环连接，利用座板与靠背之间形成夹角） 8) 站立功能（利用连杆固定座板与靠背， | 6 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|----|---------|
| | | <p>使之成为一体平面状，利用遥控提升靠背使得靠背后部抬升，坐垫前部利用固定转轴，使靠背-坐垫与地面形成不小于45度夹角）</p> <p>2. 轮椅状空间可调整，可适应胖、瘦体型。</p> <p>3. 坐椅状态：长 1240mm～1390mm×宽 580mm×高 1200mm～1400mm</p> <p>平躺状态：长 1600mm～1720mm×宽 580mm×高 960mm</p> <p>4. 平躺状高度调节:615～735mm 之间，适合大多数护理床高度，用于失能者过床。</p> <p>5. 设备宽度≤590mm,适用于国内洗手间标准门（600mm）。</p> <p>6. 设备适用身高尺寸≤1850mm。</p> <p>7. 设备护理承重≤100KG。</p> <p>8. 设备防水等级：≥IPX3。</p> <p>9. 设备电池电压：24V 直流（锂电）。</p> <p>10. 设备单次充电时间≤40 分钟。</p> <p>（标注“◆”提供第三方检测机构出具的检测报告）</p> | | | | | | | | |
| 15. | ▲智能护理床 | <p>1. 参考尺寸：床面长度 2040mm±20mm、宽度 900mm±20mm、高度 590mm±20mm。</p> <p>2. 框架材质为碳钢管，截面尺寸≥40mm×20mm，壁厚≥2mm。</p> <p>3. 床体动态承重≥1700N，静态承重≥4000N。</p> <p>4. 运动参数：起背角度≥65°，起背时背框后移，具有防搓背功能；大腿水平时小腿可向下折弯≥35°。</p> <p>◆5. 采用两个电机分别驱动三点式翻身托架进行左右翻身，翻身角度≥30°，电机推力仅进行翻身驱动，翻身平复由重力提供，具有防夹功能；可进行 30min、60min、90min 定时翻身。</p> <p>6. 床尾具有位置可调节的脚踏板，调节行程≥240mm，脚踏可进行定时往复运动，定时时间为 10min。</p> <p>◆7. 床体配有下沉式智能马桶，可以一键操作打开，打开时床垫下沉、侧移，马桶上升，打开时间≤40s；马桶配有智能冲洗喷头和烘干喷头，可以一键操作打开，冲洗包括固定位置清洗和往复清洗，清洗时间 45s±3s，风干时间 40s±3s；马桶具有自清洗功能，一键操作清洗时应配有超声震动，充便时间 8s±3s。</p> <p>◆8. 床体内部集成清水箱、热水箱和污水桶，清水箱容积≥10L，热水箱容积≥</p> | 4 | 张 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | 第二类医疗器械 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|---|---|---|---|-----|----|---------|
| | | <p>5L, 污水箱\geq10L; 清水水箱缺水具有语音提示, 水满自动停止加水, 热水箱温度可调, 污水桶水满具有语音提示。</p> <p>9. 床头配有洗头盆, 支持卧床洗头, 洗头盆可以一键操作进行排水。</p> <p>10. 床头、床尾、护栏采用 PP 材质吹塑而成, 护栏具有阻尼式缓释功能, 床头、床尾具有可拆卸锁定挂钩。</p> <p>11. 5 寸静音可锁定中控脚轮, 脚轮采用全封闭自润滑轴承, 防水、防异物卷入, 轮面采用静音耐磨材料。</p> <p>12. 床两侧配有引流挂钩, 床头、尾两边均有输液杆插孔。</p> <p>13. 床垫: 配合床体的功能和尺寸, 内芯采用\geq5cm 海绵, 防蛀、防腐、防水、透气, 带有拉链, 可更换清洗, 马桶周围防水。</p> <p>(标注“◆”的技术参数提供第三方检测报告)</p> | | | | | | | | |
| 16. | 多功能电动床 | <p>1. 参考尺寸: 2100mm\times1000mm\times450mm-700mm</p> <p>2. 产品结构: 床体(背板、座板、腿板)、护栏、头板组件、尾板组件、围板组件、引流钩、输液插孔、脚轮、电机、脚轮、床垫组成。</p> <p>3. 产品功能: 设有一键坐起、一键平躺、定时左右翻身、起背防侧滑、防下滑功能,</p> <p>电动起背角度 0-80°\pm5°</p> <p>电动抬腿角度 0-25°\pm5°</p> <p>电动落腿角度 0-80°\pm5°</p> <p>电动左右翻身角度 0-35°\pm5°</p> <p>承重\geq280KG</p> <p>4. 床头、床尾及床围板: 床头、床尾为实木材质, 实木经高温处理, 除湿、除虫, 不易变形, 床板颜色可选择。</p> <p>5. 床外框: 钢制矩管\leq40mm\times60mm, 壁厚\geq1.2mm,</p> <p>立柱: 钢制矩管\leq50mm\times50mm, 壁厚\geq1.2mm。</p> <p>6. 床板材质: 冷扎钢板, 厚度\geq1.2mm, 整齐排列的多孔设计。</p> | 41 | 张 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | 第二类医疗器械 |
| 17. | 智能床头柜 | <p>1. 参考尺寸(高\times宽\times长)\geq750\times600\times550(mm)</p> <p>2. 产品重量\leq50KG;</p> <p>3. 柜体: 顶面及正面材质为 PP 原料, 中空吹塑工艺, 耐腐蚀, 不生锈;</p> <p>5. 柜体配置一个抽屉, 抽屉内部采用冷轧</p> | 45 | 个 | 否 | 否 | 是 | 工业★ | 货物 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|---|---|---|---|-----|----|--|
| | | 钢板，静音滑轨；抽屉承重 $\leq 30\text{KG}$ ； 6. 抽屉下方设有推拉门，采用滚轮式推拉，上推滑盖可完全隐藏于柜体；左侧板预留智能锁装置，采用锁具、天线、备用电池一体化。 7. 床(净尺寸长 \times 宽 \times 高) $\geq 1900 \times 500 \times 260(\text{mm})$ ，床体延伸尺寸 $\leq 2450\text{mm}$ ；采用多折结构，带枕头。 8. 床体承重 $\geq 150\text{kg}$ 。 9. 表面采用静电喷塑 70-100um。 10. 底部采用静音轮。 11. 床垫部分采用弹性海绵填充，床面选用防水布。 | | | | | | | | |
| 18. | 步入式浴缸 | 1. 参考尺寸 $\geq 1500 \times 700 \times 950\text{mm}$ 2. 外开门 3. 按摩方式：水力按摩+气泡按摩+前列腺按摩 4. 产品功能：座椅加热、水恒温、多媒体电视、控制面板、牛奶浴、香薰芳香疗、臭氧消毒、七彩灯 | 4 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 19. | 马桶助力架 | 1. 产品材质：碳素钢喷塑 2. 产品承重 $> 70\text{KG}$ 3. 高度多档可调（参考高度尺寸 66-78cm） 4. 表面光滑无毛刺，落地端有防滑胶垫。可适用椭圆形、方形等多种类马桶。 | 32 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 20. | 坐式恒温淋浴器 | 1. 多种洗浴方式，可站可坐。 2. 一键恒温（38-49℃）控制。 3. 喷臂三档定位 4. 花洒 ≥ 5 种出水模式，出水流量 $\leq 12\text{L/min}$ 。 5. 不锈钢骨架座椅尺寸 $\geq 35\text{cm} \times 40\text{cm}$ ，可上翻折叠，折叠后厚度 $\leq 20\text{cm}$ 。 6. 椅背为 ABS 材质。 | 32 | 个 | 否 | 是 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 21. | 移位机 | 1. 液压升降，升降高度 $\geq 15\text{cm}$ 。 2. 前后轮带锁止功能，最小通行宽度 $\leq 65\text{cm}$ 。 3. 主轴/支架：方形钢管，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，承重 $\geq 80\text{KG}$ 4. 参考尺寸 $\geq 55\text{cm} \times 50\text{cm} \times 80\text{cm}$ | 16 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 22. | 电动轮椅 | 1. 净重： ≤ 36 公斤 2. 材质：航空铝合金或碳钢 3. 续航： ≥ 10 公里 4. 电机：功率 $\geq 500\text{W}$ | 8 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 23. | 防滑垫 | 1. 参考尺寸：每块 $800\text{mm} \times 600\text{mm}$ 2. 形状、颜色可定制。 | 32 | 块 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|---|---|-----|----|---------|
| | | | | | | | | ★ | | |
| 24. | 健康管理一体机 | <p>1. 交互操作：配备≥18英寸电容触控屏。</p> <p>◆2. 检测模式：支持单人、多人检测、主从机等多种检测模式。</p> <p>◆3. 动画指导：每个检查项目都配有专业的动画操作说明，指导用户达到自助使用的目的。</p> <p>4. 支持个人体检结果自动生成综合体检报告，并根据测量结果给出科学的健康建议，可支持网络加密传输。</p> <p>5. 血压测量精确度：血压测量精度±3mmHg。脉率测量精度：35—100bpm范围内，误差≤±2bpm。</p> <p>6. 体温测量：测量范围34.0—42.9℃。精确度±0.2℃；</p> <p>7. 中医体质辨识：通过对受测者面型特征、体型特征和饮食嗜好选定，进行体质分析判断；</p> <p>8. 血糖尿酸总胆固醇检测方法：电化学生物传感法；血糖尿酸总胆固醇检测时间：血糖：5秒；尿酸：15秒；总胆固醇：26秒；</p> <p>9. 肺功能检测：容量范围：1—9L，流量范围1—12L/s；</p> <p>10. 其它测量需包含：血氧饱和度、腰围、臀围、BMI、以及对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测等。</p> <p>（标注“◆”的技术参数提供功能截图或第三方检测机构出具的检测报告）</p> | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | 第二类医疗器械 |
| 25. | 病区防跌倒扶手 | <p>1. 材质：不锈钢；</p> <p>2. 现场测量，根据实际情况调整，安装到位；</p> <p>3. 总数量约450米。</p> | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 26. | 病区防翻安全护栏 | <p>1. 材质：Q235钢材；</p> <p>2. 现场测量，根据实际情况调整，安装到位；</p> <p>3. 总数量约900米。</p> | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 27. | 活动区防雨百叶 | <p>1. 材质：铝合金；</p> <p>2. 尺寸：根据实际需要进行定制；</p> <p>3. 总面积约510平方米。</p> | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 工业★ | 货物 | |
| 28. | 床上三件套 | <p>1. 材质：涤纶65%，棉35%；</p> <p>2. 参考尺寸</p> <p>床单，长2.7m×宽1.6m；</p> <p>被套，长2.3m×1.6m；</p> <p>枕套，长75cm×宽48cm。</p> | 180 | 套 | 否 | 否 | 是 | 工业★ | 货物 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---|---|---|---|-----|----|--|
| 29. | 窗帘 | 1. 轨道：加厚静音轨道； 2. 窗帘：遮光度 $\geq 95\%$ ，防水 $\geq Lm H20$ ，隔热防紫外线，防灰尘达到 90 的数值，隔音 30db-40db，棉麻材质； 3. 布带：耐用抗衰老； 4. 不锈钢叉钩：加粗不锈钢、坚固耐用不变形； 5. 卷帘：全遮光防紫外线，加厚涂银；轨道约 1600 米、窗帘约 3200 米、布带约 3200 米、不锈钢叉钩约 14500 个、百叶卷帘约 530 平方米 | 1 | 项 | 否 | 否 | 是 | 工业★ | 货物 | |
| 30. | 垫絮+盖被+枕芯 | 1. 垫絮：4 斤 3 级棉外加全棉平布，尺寸长 200cm，宽 95cm， 2. 盖被：6 斤 3 级棉外加全棉平布，尺寸长 220cm，宽 160cm， 3. 枕芯：1.6 斤高弹珍珠棉，尺寸 50cm \times 70cm。 | 90 | 套 | 否 | 否 | 是 | 工业★ | 货物 | |
| 31. | 木制柜 | 1. 参考尺寸：480mm \times 480mm \times 760mm， 2. 材质：实木材质，实木经高温处理，除湿、除虫，不易变形 3. 结构：由顶板、餐板、外框、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、抽屉及储物柜等组装而成。储物柜内中间活动隔板可调节高度 | 45 | 个 | 否 | 否 | 是 | 工业★ | 货物 | |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品名称 |
|-----|--------|
| 15. | ▲智能护理床 |

备注：1.本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；
2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写。

第五章 评标办法及评分规则（D1）

综合评分法（D1）

1.资格审查

采购人或代理机构对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足3家时，不得评标。

| 审查内容 | | 审查标准 |
|------|------|---|
| 资格审查 | 营业执照 | 未按招标文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照 |
| | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
| | 信用要求 | 不符合招标文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 www.ccgp.gov.cn 查询为准） (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn 查询为准） 2. 供应商在投标文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3. 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4. 在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
| | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的应该按无效投标处理的情形 |

2.评标

2.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。

| 审查内容 | | 审查标准 |
|-------|-------|----------------|
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |

| | | |
|---|---------------|------------------------------|
| 查 | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
| | 投标文件盖章 | 未按招标文件要求加盖公章 |
| | 投标文件签署 | 未按招标文件要求进行签字（签章） |
| | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
| | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |
| | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
| | 交货时间、地点或付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
| | 投标文件创建标识码 | 不同供应商投标文件创建标识码相同的 |
| | 投标文件的机器识别码 | 不同供应商的机器识别码相同 |
| | 实质性要求 | 招标文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。 |
| | 节能产品 | 未提供强制采购类产品证明资料的 |
| | 其他 | 不符合法律法规和招标文件中规定的其它无效投标的情形 |

2.2 商务部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分，投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
|-------|--------|---|
| 价格分 | 30.2 分 | <p>本项评审步骤：</p> <p>1.投标报价的修正和调整：</p> <p>1.1 投标报价的修正：</p> <p>投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：</p> <p>①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；</p> <p>②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；</p> <p>④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。</p> <p>1.2 投标报价的调整：按招标文件规定的落实政府采购政策进行价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p> <p>2.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分满分分值。</p> |
| 供应商业绩 | 2 分 | <p>供应商具备同类业务（包含智能护理床采购）供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加 2 分，加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。）</p> |

2.3 技术部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分，投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
|--------|--------|--|
| 重要技术参数 | 26 分 | <p>根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“◆”的技术参数）的偏离情况进行评分。</p> <p>各项性能指标均有证明材料且全部满足招标文件要求的得满分；证明材料显示与招标文件要求有非实质性负偏离的或未提供证明材料的，有一项扣 <u>1</u> 分，共 <u>26</u> 项，共 <u>26</u> 分。（同一项参数不重复扣分）</p> <p>证明材料：提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。</p> |
| 其他技术参数 | 10.6 分 | <p>根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（采购需求一览表中第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 24 项中未标记“◆”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。</p> <p>各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；与招标文件要求有非实质性负偏离的（以投标文件技术规格偏离表载明的为准），有一项扣 <u>0.1</u> 分，共 <u>106</u> 项，共 <u>10.6</u> 分。（同一项参数不重复扣分）</p> |
| 产品环保情况 | 1 分 | <p>按招标文件约定的优先采购环境标志产品情况，每提供 1 项产品加 <u>0.2</u> 分，共 <u>5</u> 项，共 <u>1</u> 分。</p> <p>备注：招标范围内无优先采购的环保产品的，投标人本项均不得分。环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”中相应品目清单内，须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中认证机构出具的有效环境标志产品认证证书。将上述材料放入投标文件中并加盖供应商公章；否则，不纳入计算得分。</p> |
| 产品节能情况 | 0.2 分 | <p>按招标文件约定的优先采购节能产品情况，每提供 1 项产品加 <u>0.2</u> 分，共 <u>1</u> 项，共 <u>0.2</u> 分，加满为止；</p> <p>备注：采购范围内无优先采购的节能产品的，供应商本项均不得分。节能产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”中相应品目清单内，须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书。将上述材料放入投标文件中并加盖供应商公章；否则，不纳入计算得分。</p> |
| 产品制造工艺 | 5 分 | <p>根据投标产品的生产制造工艺情况，包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况，制造装备的配备等内容进行评分。</p> <p>1、投标产品生产制造原材料、半成品材质、生产技术准备，零件加工，产品装配、检验及包装等工艺流程制度控制完整详细、可行性实用性强的，得 5 分；</p> <p>2、投标产品制造原材料、半成品材质、生产技术准备，零件加工，产品装配、检验及包装等工艺流程制度控制详细、具有可行性实用性的，得 3 分；</p> <p>3、投标产品制造原材料、半成品材质、生产技术准备，零件加工，产品装配、检验及包装等工艺流程制度有一定内容，但内容需进一步完善的，得 1 分；</p> <p>4、产品制造工艺与本项目有严重背离或未提供得 0 分。</p> |

| | | |
|--------------|----|--|
| 质量保障方案 | 5分 | <p>评标委员会根据采购文件要求及供应商提供的质量保障方案情况，进行综合评分：</p> <p>1、对本项目特点和难点理解准确，质量控制方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>2、对本项目特点和难点理解基本准确，质量控制方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>3、对本项目特点和难点理解有待提升，质量控制方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>4、方案不可行或者未提供得0分。</p> |
| 产品的安全性能及应急预案 | 5分 | <p>评标委员会对产品安全性能(产品使用安全)、应急预案保障措施，进行综合评分：</p> <p>1、投标产品的安全性能及应急预案保障方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>2、投标产品的安全性能及应急预案保障方案完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>3、投标产品的安全性能及应急预案保障方案有待提升,可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>4、方案不可行或者未提供得0分。</p> |
| 产品场景应用方案 | 5分 | <p>根据供应商针对采购需求，提供产品场景应用方案进行评分。</p> <p>1、产品场景应用方案需包含社区卫生服务中心的医养救治能力提升的需求，结合各科室的场景应用及产品功能需求，方案完善有效，可行性、实用性、针对性强的，得5分；</p> <p>2、产品场景应用方案需包含社区卫生服务中心的医养救治能力提升的需求，结合各科室的场景应用及产品功能需求，具有可行性、实用性和针对性的，得3分；</p> <p>3、产品场景应用方案需包含社区卫生服务中心的医养救治能力提升的需求，结合各科室的场景应用及产品功能需求，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分。</p> <p>4、产品场景应用方案与本项目有严重背离或未提供得0分。</p> |
| 产品技术系统升级方案 | 5分 | <p>针对本项目提供具体详实的产品技术系统升级方案，评委根据供应商提供方案的升级目标、升级内容、实施计划准确性和针对性，实用性、完整性等综合评分。</p> <p>1、升级目标、升级内容、实施计划详细全面，安排完善，可行性、实用性强，方案完全贴合项目实施，得5分；</p> <p>2、升级目标、升级内容、实施计划明确，具有可行性、实用性，方案贴合项目实施，得3分；</p> <p>3、升级目标、升级内容、实施计划简洁，可行性、实用性有待改善，方案基本贴合项目实施，得1分；</p> <p>4、方案不可行或者未提供得0分。</p> |
| 场景运用培训方案 | 5分 | <p>评标委员会根据采购文件要求及供应商提供的场景运用培训方案情况，进行综合评分：</p> <p>1、对本项目特点和难点理解准确，场景运用培训方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；</p> <p>2、对本项目特点和难点理解基本准确，场景运用培训方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；</p> <p>3、对本项目特点和难点理解有待提升，场景运用培训方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；</p> <p>4、场景运用培训方案不可行或者未提供得0分。</p> |

3. 评审结果

3.1 按所有评标委员会成员评审得分汇总平均计为投标人得分（四舍五入保留两位小数），评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.2 评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐 3 名中标候选人。排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。供应商综合评审得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.例外情况

4.1 当出现中标候选人并列时，按照供应商须知前附表中载明的方式确定中标人。

4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.中标结果公告

中标结果公告除按法律、法规、规章及《政府采购公告和公示信息格式规范》规定公告外，还应当公告无效供应商名称及原因（如有），经评审认可的中标供应商业绩（如有）、中标供应商的评审总得分。

芜湖市政府采购货物项目

招标文件

（第二册 通用部分）

采购人：鸠江区官陡街道社区卫生服务中心

采购代理机构：安徽华源工程咨询有限公司

2024 年 11 月 22 日

第一章 供应商须知

1.资金来源

1.1 本项目的采购人已安排采购预算资金用于支付本次招标项目合同项下的款项。

2.招标文件内容

2.1 招标文件共八章，分两册。各册的内容如下：

第一册（专用部分）

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 合同条款前附表

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分规则

第二册（通用部分）

第一章 供应商须知

第二章 采购合同

第三章 投标文件格式

2.2 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，供应商承担可能导致其投标无效的风险。

3.对供应商的要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。

3.3 供应商须满足资格要求。

3.4 供应商应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.5 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

联合体各方之间应当签订联合协议（协议应附在投标文件中），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己的名义单独在同一

项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标文件未特别说明不接受联合体投标的，视为接受联合体投标。

3.6 供应商必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

4.招标文件的澄清和修改

4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.投标文件的组成

5.1 供应商应完整地填写招标文件提供的投标文件格式，具体详见招标文件通用部分第三章“投标文件格式”。

5.2 如接受联合体投标，采用联合体投标的供应商应在投标文件中附联合协议。

5.3 招标文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其它内容。

5.4 涉及投标文件中须加盖单位公章的地方，不接受投标专用章。

6.投标函

6.1 供应商应完整地填写招标文件中规定的投标函。

7.投标报价

7.1 供应商应按招标文件要求填报投标分项报价表。

7.2 每种货物只能有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3 投标报价不得使用降价函或优惠报价。

7.4 供应商应按固定价格报价，除招标文件另有约定外，各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5 投标货币为人民币。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.6 投标报价为完成项目合同全部内容的总价。

8.投标有效期

8.1 供应商须接受招标文件中投标有效期的相关规定。如不接受，将被视为非实质性响应。

8.2 如需延长投标有效期，按相关法律法规执行。

9.投标文件的编制与提交

9.1 投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

9.2 投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.3 供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

9.4 使用电子化交易的，具体要求见供应商须知前附表后附的《电子化交易相关要求》。

10.有下列情形之一的，拒收投标文件：

10.1 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。

11.偏离

11.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

12.无效投标

12.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

12.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

12.3 不具备招标文件中规定的资格要求的。

12.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

12.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

12.6 法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

13.履约保证金

13.1 履约保证金退付：如收取履约保证金的，按《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》退付。

13.2 供应商须知前附表要求递交履约保证金的，中标供应商在中标公告后五个工作日内，按照招标文件要求递交履约保证金。

14.开标

14.1 开标会议于规定时间、规定地点举行。

14.2 开标会议由代理机构主持。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始。

14.3 主持人介绍到会人员、宣布开标会议议程、宣布开标纪律。

14.4 投标截止时间前，网上提交投标文件的供应商达到三家或以上时，由主持人使用电子交易系统进行开标（电子招标）。

14.5 投标截止时间前，网上提交投标文件的供应商不足三家时，主持人应宣布招标不成功。

14.6 主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

14.7 使用电子化交易的，开标按供应商须知前附表后附的《电子化交易相关要求》规定进行。

15.评标

15.1 本项目采用的评标办法及评分规则：详见第一册第五章。

15.2 评标原则：

15.2.1 对投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。

15.2.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.3 评标程序：

15.3.1 根据招标文件的要求和规定，采购人或代理机构首先对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.3.2 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正均为其投标文件的组成部分。

15.3.3 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

15.3.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.3.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

15.3.6 评标委员会根据确定的评标办法和评分规则进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选人。

15.4 评标过程及保密原则：开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

16.定标

16.1 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

17.合同的授予和签订

17.1 定标后，将以中标通知书形式通知中标供应商，并在安徽省政府采购网上发布中标公告。

17.2 合同价款为中标价。

17.3 采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

18.质疑与投诉

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面或电子形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

以电子形式的，可以在线递交到系统（<https://whsggzy.wuhu.gov.cn>）；以书面形式的，可以按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息，向其提出。采购人、采购代理机构按有关规定给予答复。

18.2 对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出。

18.3 质疑供应商对质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉，也可以根据《芜湖市公共资源交易活动投诉接收转办暂行办法》（公管办〔2018〕11 号）规定，向芜湖市公共资源交易投诉服务中心在线提出投诉，联系电话：0553-3121232。

18.4 质疑与投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）。

19.验收

19.1 采购人验收时，应严格依照招标文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。检测、验收费用由合同甲方（采购人）承担。

20.合同标的转让与分包

20.1 中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

20.2 采购人允许分包，中标供应商在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

20.3 采购人不得强行要求中标供应商进行分包或使用指定的分包供应商。

21.价款结算办法（见专用部分第三章《合同条款前附表》）

22.附则

22.1 参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给供应商或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

22.2 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

第二章 采购合同

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订地点：_____

项目名称：_____

项目编号：_____

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及附属材料、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条 合同内容及服务标准

标的名称：_____；

标的质量：_____；

数量（规模）：_____；

履行时间（期限）：_____；

地点和方式：_____；

包装方式：_____；

验收、交付标准和方法：_____；

质量保修范围和保修期：_____；

第二条 合同总价款

1.合同总价：大写_____（¥_____含税）。

2.本合同价为固定不变价。

第三条 付款条件

本合同以人民币付款。

是否支付预付款：☒否；☐是：金额和比例：_____；支付时间：_____。

具体付款方式：_____

满足合同约定支付条件的，甲方在收到发票后 5 个工作日内将资金支付到乙方账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过 7 个工作日。

第四条 结算账户

乙方账户信息：户名：_____ 开户银行：_____ 账号：_____

是否为政府采购贷款业务银行账户：_____（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

第五条 权利和义务

（一）甲方权利和义务

（二）乙方权利和义务

第六条 违约责任

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果甲方延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

3.因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

4.对因不可抗力或政策变化等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

5.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同履行，将承担以下违约责任：
乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 10%的违约金;若乙方部分不能交货而影响该设备整体功能的，甲方有权退货，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。

6.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

7.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；乙方逾期达 40 天或达到误期违约金最高限额时（最高限额为

合同价款的 2.5%)，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和采购目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

9.乙方应对所提供的货物或服务与合同要求不符、或履行合同过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：甲方有权单方面终止本合同并由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用:产品使用过程中,若非甲方原因造成医疗纠纷或导致患者、第三人人身伤害后果的，由乙方承担全部责任。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第九条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十条 其他

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(2)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向_____申请仲裁。②向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

2. 下列关于采购人名称 委托 代理机构名称 进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件（响应文件）；③甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

3. 本合同一式 份，每份合计 页，甲乙双方各执 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：

供应商（乙方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：

第三章 投标文件格式

开标一览表

| 标题 | 内容 |
|--------------------|----|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 供应商（签章） | |
| 法定代表人或其代理人 （签章） | |
| 投标总价 | |
| 供货期 | |
| 法定代表人 | |
| 授权代理人 | |

(招标项目名称)

投标文件

(封面)

供应商：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

一、投标函

投标函

致：（采购人全称）

1.在研究了_____项目名称及编号（如为分包项目注明包号）_____招标文件（含补充文件）后，我方愿意按开标一览表中的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我方的投标，我方将保证在开标一览表中载明的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我方同意在招标文件规定的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

6.我方完全接受招标文件的规定。

供应商：（盖单位电子印章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

年 月 日

二、资格证明文件

资格证明文件

供应商按招标文件要求提供证明材料。

芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致：_____（采购人或政府采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位电子印章）：_____

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖电子印章）：_____

日期：_____年____月____日

注：供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供营业执照的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

三、落实政府采购政策需提供的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函说明

①对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，审慎填报本声明函。

②企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

③货物采购项目中《中小企业声明函》只填写货物标的即可。

④采用联合或合同分包方式的，供应商提供对应的《中小企业声明函》

⑤中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人或采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

⑥《中小企业声明函》中如有填写不真实谋取中标的，则《中小企业声明函》作无效处理，由相关部门依法追究责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

四、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|-----------|----|------|------|-----|-------|--------|-----|----|----|-------|-------|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投标报价合计（元） | | | | | | | | | | | |

备注：

- 1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。
- 2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
- 3.表格不够可以自行加页。

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 货物名称 | 招标货物技术参数和规格型号 | 投标货物技术参数和规格型号 | 偏离情况 | 差异说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
|-----|------|---------------|---------------|-------------|------|------------------------------|
| 1 | | | | 正偏离 /负偏离 | | |
| 2 | | | | 正偏离 /负偏离 | | |
| ... | | | | | | |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 本表填写时，招标货物技术参数和规格型号为招标文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，投标货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制招标文件的技术参数和规格型号要求。

3. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
|-----|------|-----------|-----------|---------|----|------------------------------|
| 1 | 交货时间 | | | 正偏离/负偏离 | | |
| 2 | 交货地点 | | | 正偏离/负偏离 | | |
| 3 | 付款方式 | | | 正偏离/负偏离 | | |
| 4 | ... | | | 正偏离/负偏离 | | |
| ... | ... | | | | | |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

七、供应商诚信履约承诺函

供应商诚信履约承诺函

致： （采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称） 的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位电子印章）

法定代表人：（盖电子印章）

日期： 年 月 日

八、其他证明材料

1.法定代表人授权委托书或法定代表人证明

法定代表人授权委托书^①

本授权委托书申明，我____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托____（姓名）为我方授权委托人，参加____（采购人名称）____（项目名称）的投标活动。授权委托人在本项目的投标、开标、评标、合同洽谈及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：____（电子投标文件中须输入姓名）

授权委托人身份证号码：____

授权委托人联系方式：____

性别：____

年龄：____

供应商：____（盖单位电子印章）

法定代表人：____（盖电子印章）

法定代表人身份证号码：____

签发日期： 年 月 日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

^① 适用于授权委托人参加投标。

法定代表人证明^①

_____(法定代表人姓名)系_____(供应商名称)法定代表人，职务
为_____(职务名称)。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：_____。

供应商：_____（盖单位电子印章）

年 月 日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

^① 适用于法定代表人参加投标。

2.供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料，包含实质性参数、重要技术参数证明材料等。